

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH  
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

Số: 4817 /BVĐKT-KD

V/v đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu  
mua sắm trang thiết bị y tế trên  
Cổng thông tin điện tử tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Căn cứ Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 65, Nghị định 36/2016 và Khoản 1, Điều 5, Thông tư 14/2020. Bệnh viện đa khoa tỉnh kính báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (mua lần thứ 4) do đơn vị thực hiện và kính đề nghị Văn phòng Ủy ban đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh (*Phụ lục kèm theo*).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Y tế (Báo cáo);
- Lãnh đạo BV;
- Lưu: VT, TCKT, KD.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hoàn Cường**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ**  
(Kèm theo Công văn số /BVĐKT-KD ngày tháng 9 năm 2021 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu							Thông tin chung		Kết quả thực hiện													
STT	Tên trang thiết bị y tế	Phân nhóm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá trúng thầu (VND)	Thành tiền (VND)	Nguồn vốn đầu	Số lượng định mức	Tên trang thiết bị y tế	Phân nhóm	Chủng loại/Mã	Số lưu hành hoặc giấy phép	Năm sản xuất	Nước sản xuất	Hãng sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Đơn giá trúng thầu (VND)	Tình năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị trúng thầu	Mã số thuế đơn vị trúng thầu	Ghi chú
Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số: 3525/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021							Nguồn NSNN cấp, nguồn quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện.		Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 4692/QĐ-BVĐKT ngày 27 tháng 8 năm 2021													
Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (mua lần thứ 4)									Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (mua lần thứ 4)													
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn																						
I. Vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế phù hợp với máy PCR Qtower																						
1	Hóa chất sử dụng cùng máy Realtime PCR xét nghiệm SARS CoV-2	Nhóm 4	240	Hộp	30.000.000	#####		240	Hóa chất sử dụng cùng máy Realtime PCR xét nghiệm SARS CoV-2 (1copyTMCovi D-19 qPCR Triplex Kit)	Nhóm 4	GPNK: 17644NK/ BYT-TB-CT	2020; 2021	Hàn Quốc	1Drop	1Drop/ Hàn Quốc	Hộp	30.000.000	- Phát hiện đồng thời gene E, N trong 1 phản ứng. - Thời gian chạy trong vòng 50 phút trên các dòng máy phổ biến CFX96, ABI7500, Quantstudio 5, Qtower3, Rotor Gene- Q, LC480, ... - Sử dụng chứng nội IPC- GAPDH để kiểm soát toàn bộ quy trình - Giới hạn phát hiện 5 Copies/ Phản ứng - Đạt CE-IVD - CFS- Đức, Hàn Quốc - Hộp 100 test	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Medivision	0315169867		
2	Thuốc thử phát hiện virus SARS-CoV-2 dựa trên khuếch đại gene Rdrp	Không áp dụng	30	Hộp	6.600.000	198.000.000		30	Thuốc thử phát hiện virus SARS-CoV-2 dựa trên khuếch đại gene Rdrp (LightMix® Modular SARS-CoV-2 (COVID19) RdRP-gene)	Không áp dụng	TKHQ:10 32534694 30	2020; 2021	Đức	Tib MolBio I	Tib MolBio I/Đức	Hộp	6.600.000	- Thành phần: * 1 lọ nắp vàng 96 phản ứng CoV (đóng khô) * 1 lọ nắp đen chứng dương RNA Cp-30 - Hộp 96 test	Công ty TNHH thiết bị y tế Bình Minh	0309781158		
3	Master mix dùng cho qRT-PCR Kit	Không áp dụng	6	Hộp	71.000.000	426.000.000		6	Master mix dùng cho qRT-PCR Kit (SuperScriptTM III PlatinumTM One-Step qRT-PCR Kit)	Không áp dụng	TKHQ:10 41903925 00	2020; 2021	Mỹ	Invitrogen/ Thermo Fisher Scientific	Invitrogen/ Thermo Fisher Scientific/ Mỹ	Hộp	71.000.000	- Bộ kit thực hiện phản ứng real-time RT-PCR trong một bước - Enzyme phiên mã ngược tổng hợp cDNA ở nhiệt độ cao hơn (42-60oC). - Enzyme khuếch đại DNA sử dụng công nghệ "hot-start", ức chế phản ứng ở điều kiện nhiệt độ phòng. - Bộ kit cung cấp độ nhạy cao, có thể phát hiện được 10 copy RNA. - Khoảng phát hiện rộng, có thể phát hiện được mRNA có số lượng copy cao trong mẫu lên tới 1 µg RNA tổng. Hộp 500 test	Công ty TNHH phát triển khoa học Vitech	0106092106		
II. Vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế phù hợp với máy Kingfisher Flex																						

4	Bộ hóa chất xét nghiệm dùng cho tách chiết Axit nucleic	Nhóm 3	16	Bộ	250.000.000	#####	16	Bộ hóa chất xét nghiệm dùng cho tách chiết Axit nucleic (MagMAXTM Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation Kit)	Nhóm 3	PTN: 21000055 1/PCBA-HN	2020; 2021	Lithuania	Thermo Fisher Scientific	Thermo Fisher Scientific/Lithuania	Bộ	250.000.000	Bộ kit được sử dụng để thu hồi RNA và DNA virus từ môi trường vận chuyển virus (VTM), đặc biệt mẫu gác môi họng của người Thông số kĩ thuật: - Thành phần gồm 5 loại hóa chất: Dung dịch bảm, Dung dịch rửa, Hạt từ Nucleic acid loại II, Enzyme Proteinase K, Đệm thu hồi sản phẩm elution - Bộ kit có 2 protocol tương thích với thể tích mẫu đầu vào 200 µl và 400 µl. Không cần bổ sung Carrier RNA trong quá trình tách chiết. Tập lệnh tự động tương thích với hệ thống xử lý hạt từ trên máy tách chiết tự động KingFisher Flex. Có chứng nhận CE-IVD, sử dụng trong chẩn đoán In-Vitro. Được khuyến cáo trong quy trình chẩn đoán Sars-CoV-2 của FDA. Có chứng chỉ lưu hành tự do tại nước thuộc cộng đồng chung châu Âu - Vật tư tiêu hao đi kèm: *Đĩa 96 giếng sâu, đáy chữ V, vật liệu từ polypropylene. *Lược nhựa bọc phía ngoài đầu từ 96 vị trí cho đĩa giếng sâu 96 vị trí, vật liệu từ polypropylene. *Đĩa KingFisher 96 vị trí, loại thể tích làm việc 200 ul, vật liệu từ polypropylene. Bộ /2000 phản ứng (test)	Công ty TNHH phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam	0104368687
5	Miếng dán đĩa 96 giếng	Không áp dụng	500	Miếng	27.500	13.750.000	500	Miếng dán đĩa 96 giếng (Sealing Film)	Không áp dụng	TKHQ: 10412874 8620	2020; 2021	Mỹ	Omega-biotek	Omega-biotek/Mỹ	Miếng	27.500	- Vật liệu: Polyeste - Kích thước: 79.4mm x 146 mm - Đóng gói: 100 miếng/Hộp	Công ty TNHH phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam	0104368687
<b>III. Hàng thông thường:</b>																			
6	Que lấy dịch ty hầu	Nhóm 6	70.000	Que	2.940	205.800.000	70.000	Que lấy dịch ty hầu	Nhóm 6	TKHQ: 10373569 0810	2020; 2021	Trung Quốc	Sintrue	Sintrue/ Trung Quốc	Que	2.940	Cán nhựa mềm có khắc dài tối thiểu 140mm, que có đầu là sợi tổng hợp, tiết trùng và đóng gói riêng từng cái. Hộp 100 que	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế VT KHKT Liên Anh	4100867273
7	Giấy Parafilm M	Không áp dụng	10	Cuộn	649.000	6.490.000	10	Giấy Parafilm M/Giấy Parafilm M	Không áp dụng	TKHQ: 10322517 6830	2020; 2021	Mỹ	Bemis	Bemis/ Mỹ	Cuộn	649.000	Kích thước 4 in x 125ft (tương đương 10,16 cm x 38,1 m). Hộp 1 cuộn	Công ty TNHH Trang thiết bị y tế VT KHKT Liên Anh	4100867273
8	Đầu lọc dung dịch tiết trùng	Không áp dụng	1.000	Hộp	130.000	130.000.000	1.000	Đầu lọc dung dịch tiết trùng (200ul Filter universal tips in rack)	Không áp dụng	TKHQ:10 40505537 20	2020; 2021	Trung Quốc	KBM	KBM/ Trung Quốc	Hộp	130.000	- Chất liệu: nhựa dùng trong y tế - Thể tích: 200µl - Hộp 96 cái	Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vietlab	0102800460
9	Đầu lọc dung dịch tiết trùng	Không áp dụng	1.000	Hộp	130.000	130.000.000	1.000	Đầu lọc dung dịch tiết trùng (100ul Filter universal tips in rack)	Không áp dụng	TKHQ:10 41452075 00	2020; 2021	Trung Quốc	KBM	KBM/ Trung Quốc	Hộp	130.000	- Chất liệu: nhựa dùng trong y tế - Thể tích: 100µl - Hộp 96 cái	Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vietlab	0102800460

10	Đầu lọc dung dịch tiệt trùng	Không áp dụng	4.000	Hộp	130.000	520.000.000	4.000	Đầu lọc dung dịch tiệt trùng (10ul Long Filter universal tips in rack)	Không áp dụng	TKHQ:104050553720	2020; 2021	Trung Quốc	KBM	KBM/Trung Quốc	Hộp	130.000	- Chất liệu: nhựa dùng trong y tế - Thẻ tích: 10ul - Hộp 96 cái	Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vietlab	0102800460
11	Tuýp ly tâm 0.1 ml	Không áp dụng	64	Hộp	1.900.000	121.600.000	64	Tuýp ly tâm 0.1 ml (Tubestrip 0.1 ml - Dây strip 8 ống 0.1 kèm nắp)	Không áp dụng	TKHQ:104151560220	2020; 2021	Trung Quốc	Biocoma	Biocomma/Trung Quốc	Hộp	1.900.000	Loại dây (strip) 8 tuýp kèm nắp. Tương đương UltraFlux I. Hộp 125 dây	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Medication	0315169867
12	Bộ quá lọc máu liên tục có gắn heparin	Nhóm 3	5	Bộ	17.100.000	85.500.000	5	Bộ quá lọc máu liên tục có gắn heparin (OXIRIS set)	Nhóm 3	GPNK: 141/Baxter-2020/190000011/P CBPL-BYT	2020; 2021	Pháp	Gambro Industries	Gambro Industries/Pháp	Bộ	17.100.000	Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng; loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Ure huyết) Chất liệu: - Màng lọc cấu tạo 3 lớp: - Sợi rỗng AN69 (Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer): giúp hấp phụ các Cytokine - Polyethylenimine (PEI): giúp hấp phụ Nội độc tố - Bề mặt sợi lọc được gắn heparin (4500+/-1500 IU/m2) - Vỏ và đầu quá lọc: Polycarbonate - Vách đầu quá lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) 4 bộ / Thùng	Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông	0101088272
13	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS - CoV - 2	Nhóm 5	3.000	Test	99.750	299.250.000	3.000	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS - CoV - 2 (TrueLine Covid-19 Ag Rapid Test)	Nhóm 5	GPLH: 1635/QD-BYT	2020; 2021	Việt Nam	Công ty TNHH Medicon	Công ty TNHH Medicon/ Việt Nam	Test	99.750	- Độ nhạy (so sánh với PCR): 96,3% (80,95% với Ct>30); - Độ đặc hiệu (so sánh với PCR): 99,75%; - Ngưỡng phát hiện: 0,1ng/ml với kháng nguyên tái tổ hợp SARS - CoV-2	Công ty TNHH dược phẩm Tài Thịnh	4300331218
14	Viên khử khuẩn	Không áp dụng	5.000	Viên	3.633	18.165.000	5.000	Viên khử khuẩn (Germisep)	Không áp dụng	TKHQ: 104016920450	2020; 2021	Malaysia	Hovid Berhad (Hovid Bhd)	Hovid Berhad (Hovid Bhd)/ Malaysia	Viên	3.633	50% w/w sodium Dichloroisocyanurate (2,5g Sodium Dichloroisocyanurate/viên 5g - tương đương với 1,5g Clorin hoạt tính/viên 5g)	Công ty TNHH AQUA	4200464334
Danh mục gồm 14 mặt hàng																			