

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 920/BV-TCKT

Hoài Nhơn, ngày 10 tháng 9 năm 2021

V/v đăng tải kết quả lựa chọn nhà
thầu mua sắm trang thiết bị y tế
trên cổng thông tin điện tử tỉnh

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Căn cứ Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 65, Nghị định 36/2016 và Khoản 1, Điều 5, Thông tư 14/2020. Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn kính báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn do đơn vị thực hiện và kính đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (Phụ lục kèm theo). *7/6/21*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y Tế (báo cáo);
- Lãnh đạo BV;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



[Signature]
Trần Quốc Việt

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DỤNG

Thời gian từ ngày 26/12/2020 đến ngày 09/02/2021
(Kèm theo Công văn số 920/BV-TCKT ngày 10/9/2021)

Đơn vị tính: đồng

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu							Thông tin chung		Kết quả thực hiện													
STT	Tên trang thiết bị	Phân nhóm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Nguồn vốn đầu tư	Số lượng định mức	Tên trang thiết bị	Phân nhóm	Chủng loại (model)	Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu	Năm sản xuất	Nước sản xuất	Hãng sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị trúng thầu	Mã số thuế của đơn vị trúng thầu
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số: 1992/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 Tên gói thầu: Mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi - đấu thầu qua mạng									Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 809/QĐ-BV ngày 25 tháng 8 năm 2021 Tên gói thầu: Mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn													
1	Máy phân tích chức năng đông máu	Nhóm 3	1	cái	740.500.000	740.500.000	Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn	2	Máy phân tích chức năng đông máu	3	HumaClot Pro	12293NK/ BYT-TB-CT ngày 04/3/2019	Năm 2020 trở về sau	Đức	Human	Hãng sản xuất: Human Nước sản xuất: Đức	Cái	1	700.000.000	Cấu hình - 01 Máy chính - 01 Bút cảm ứng - 01 Dây nguồn - 01 Bộ bình nước sạch kèm cảm biến và màng lọc - 01 Bộ bình nước thải kèm cảm biến - 01 Xylanh 250µL (tích hợp sẵn) - 10 vòng cuvet - 11 Cốc mẫu 4ml - 05 Lọ hóa chất nhựa 5ml - 01 Dung dịch rửa lọ - 01 Dung dịch làm sạch lọ - 03 Vòng giảm kích cỡ cho lọ hóa chất 5ml - 01 USB - 03 Thanh khuấy từ teflon - 02 Cầu chì - 01 Ổ điện an toàn - 01 Adapter chuyển đổi EU-USA - 01 Adapter chuyển đổi EU-UK - 01 UPS - 01 Khay mẫu (tích hợp sẵn) - 01 Khay hóa chất - 01 bộ sách hướng dẫn sử dụng Thông số kỹ thuật: - Công suất chạy PT: Lên đến 100 test/giờ - Công suất chạy đa xét nghiệm: Lên đến 58 test/giờ - Số vị trí phản ứng (vòng cuvet): 32 - Thể tích phản ứng: 150 - 300 µl - Số vị trí hóa chất (3 vị trí khuấy x 15 ml, 12 vị trí x 5ml): 15 - Số vị trí Mẫu/Mẫu không: 22	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Coduphar	300483319



Handwritten signature

STT	Tên trang thiết bị	Phân nhóm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Nguồn vốn đầu tư	Số lượng định mức	Tên trang thiết bị	Phân nhóm	Chung loại (model)	Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu	Năm sản xuất	Nước sản xuất	Hãng sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị trúng thầu	Mã số thuế của đơn vị trúng thầu
2	Máy đo điện giải đồ	Nhóm 3	1	cái	95.000.000	95.000.000	Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn	2	Máy đo điện giải đồ	3	EasyLyte Plus Na/K/Cl	12433NK/BYT-TB-CT ngày 27/3/2019	Năm 2020 trở về sau	Mỹ	Medica Corporation	Hãng sản xuất: Medica Corporation Nước sản xuất: Mỹ	Cái	1	95.000.000	Cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Điện cực Na: 01 cái - Điện cực K: 01 cái - Điện cực Cl: 01 cái - Điện cực tham chiếu: 01 cái - Hóa chất máy điện giải - Bộ giấy in nhiệt: 01 bộ - Nước rửa máy - Dây cáp nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Đặc tính kỹ thuật: - Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu - Dung lượng mẫu: 100µL máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, 60µL ống mao dẫn hoặc 400µL nước tiểu pha loãng (1:10) - Phương thức đo: Đo trực tiếp bằng điện cực chọn lọc Ion (ISE) - Độ chi tiết hiển thị kết quả: Na+: 0.1 mmol/L, K+: 0.01 mmol/L, Cl-: 0.1 mmol/L, Li+: 0.01 mmol/L, Ca++: 0.01 mmol/L, pH: 0.005 unit - Thời gian phân tích (mẫu máu): 55 giây - Chế độ nước tiểu: Có - Thời gian phân tích (nước tiểu): 90 giây - EasySampler: Có - Ống mao dẫn: Có - Lưu trữ số liệu: Kết quả bệnh nhân: Lưu trữ được 128 kết quả Kết quả QC: Lưu trữ được 20 kết quả	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Coduphar	300483319

7/6/18



STT	Tên trang thiết bị	Phân nhóm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Nguồn vốn đầu tư	Số lượng định mức	Tên trang thiết bị	Phân nhóm	Chung loại (model)	Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu	Năm sản xuất	Nước sản xuất	Hãng sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị trúng thầu	Mã số thuế của đơn vị trúng thầu
3	Máy xét nghiệm nước tiểu	Nhóm 3	1	cái	34.500.000	34.500.000	Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn	5	Máy xét nghiệm nước tiểu	3	PocketChem UA PU-4010	180002496/PCBA-HN Ngày 24/12/2018	Năm 2020 trở về sau	Nhật Bản	Arkray	Hãng sản xuất: Arkray Nước sản xuất: Nhật Bản	Cái	1	34.500.000	Cấu hình - Máy chính: 01 cái - Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 2. Thông số kỹ thuật: - Mẫu đo: Nước tiểu - Sử dụng que đo. - Thông số đo: Glu, Pro, Bil, Uro, S.G, Bld, pH, Ket, Nit, Leu, Cre&Alb - Nguyên lý đo: Phản xạ bước sóng kép - Công suất đo: 50 test/giờ - Thời gian phản ứng: 60 giây/test - Hiển thị: LCD - Dung lượng lưu kết quả: 100 giá trị - Điện năng tiêu thụ: 3W - Kết nối ngoài: Qua cổng RS232 Nguồn: Pin AA & AC adapter	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Coduphar	300483319



Handwritten signature or mark.