

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn**  
**đo lường quốc gia đến năm 2020**

**THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt “Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020” (dưới đây gọi là Quy hoạch) với những nội dung chủ yếu sau đây:

**I. MỤC TIÊU**

**1. Mục tiêu chung:**

Phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 theo hướng hiện đại, đạt trình độ các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

**2. Mục tiêu cụ thể:**

**a) Đến năm 2015:**

- Phát triển, mở rộng phạm vi đo và nâng cao trình độ chuẩn đo lường của 13 chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt (bao gồm 04 đại lượng cơ bản và 09 đại lượng dẫn xuất).

- Đầu tư phát triển mới 12 chuẩn đo lường quốc gia (bao gồm 03 đại lượng cơ bản và 09 đại lượng dẫn xuất).

**b) Đến năm 2020:**

- Đầu tư phát triển mới 20 chuẩn đo lường quốc gia (các đại lượng dẫn xuất).

## II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

### 1. Về lĩnh vực đo

Đầu tư phát triển chuẩn đo lường quốc gia các lĩnh vực đo phù hợp với các đơn vị đo lường pháp định của Việt Nam. Ưu tiên phát triển chuẩn đo lường quốc gia của các đại lượng cơ bản và dẫn xuất gắn liền với nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

#### a) Giai đoạn 2013 - 2015:

- Phát triển, mở rộng phạm vi đo và nâng cao trình độ chuẩn đo lường của 13 chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt, bao gồm:

+ 04 đại lượng cơ bản: Độ dài, khối lượng, thời gian - tần số, nhiệt độ nhiệt động học.

+ 09 đại lượng dẫn xuất: Dung tích, lưu lượng thể tích chất lỏng, lưu lượng thể tích và lưu lượng khối lượng chất khí, độ cứng, áp suất, điện áp một chiều, điện trở một chiều, công suất điện tần số công nghiệp, năng lượng điện tần số công nghiệp.

- Đầu tư phát triển mới 12 chuẩn đo lường quốc gia, bao gồm:

+ 03 đại lượng cơ bản: Cường độ dòng điện, cường độ sáng và lượng chất.

+ 09 đại lượng dẫn xuất: Khối lượng riêng chất lỏng, độ nhớt động học, điện áp xoay chiều, điện áp tần số cao, công suất tần số cao, quang thông, liều hấp thụ, air kerma, liều tương đương.

#### b) Giai đoạn 2016 - 2020:

- Đầu tư phát triển mới 20 chuẩn đo lường quốc gia của các đại lượng dẫn xuất, bao gồm: Góc phẳng, lưu lượng khối lượng chất lỏng, vận tốc khí, lực, mômen lực, khối lượng riêng chất rắn, độ pH, độ ẩm không khí, độ tự cảm, điện dung, suy giảm tần số cao, trở kháng tần số cao, cường độ điện trường, mức áp suất âm thanh, rung động, độ chói, công suất laser, phổ phản xạ khuếch tán, phổ truyền qua, hoạt độ phóng xạ.

Danh mục chuẩn đo lường quốc gia và các chỉ tiêu tại Phụ lục kèm theo.

### 2. Về trình độ kỹ thuật và đo lường của chuẩn

a) Sử dụng công nghệ chuẩn tiên tiến, hiện đại, phù hợp với điều kiện duy trì, bảo quản, sử dụng tại Việt Nam; bảo đảm trình độ chuẩn tương đương với trình độ chuẩn của các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN.

b) Đạt độ chính xác và phạm vi đo cần thiết tương đương với trình độ chuẩn đầu (primary standards) hoặc chuẩn thứ (secondary standards), giữ vai trò là chuẩn đo lường quốc gia cho từng lĩnh vực đo tương ứng, bảo đảm tính liên kết của chuẩn tới hệ đơn vị quốc tế SI.

c) Đồng bộ giữa chuẩn đo lường quốc gia được trang bị với thiết bị sao truyền, thiết bị phụ trợ, bảo đảm chuẩn đo lường quốc gia được dẫn xuất đến chuẩn chính đang sử dụng trong các ngành kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

3. Về điều kiện cơ sở hạ tầng duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia.

a) Duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia trong điều kiện quy định phù hợp với yêu cầu của chuẩn (điều kiện mặt bằng, nhà xưởng; điều kiện tiện nghi, môi trường phòng thí nghiệm).

b) Duy trì, bảo quản chuẩn đo lường quốc gia bao gồm cả việc bảo quản những tài liệu liên quan đến chuẩn.

### **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

#### **1. Nhân lực và đào tạo cán bộ**

Phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng để thực hiện nhiệm vụ phát triển, duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia. Kết hợp đào tạo nâng cao trình độ với việc tuyển dụng, đào tạo mới đội ngũ cán bộ khoa học (đào tạo trong nước và ngoài nước) đạt trình độ đại học và trên đại học, đáp ứng yêu cầu theo từng giai đoạn.

#### **2. Nguồn lực**

a) Kinh phí thực hiện Quy hoạch:

- Ngân sách nhà nước;
- Đóng góp của các tổ chức và cá nhân;
- Các nguồn thu hợp pháp khác.

b) Ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Quy hoạch theo quy định của Luật đo lường, tập trung đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

#### **3. Hợp tác quốc tế**

Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo lường để nâng cao năng lực trình độ kỹ thuật đo lường, đào tạo cán bộ và phát triển chuẩn đo lường quốc gia; định kỳ hiệu chuẩn hoặc so sánh với chuẩn quốc tế hoặc với chuẩn quốc gia của nước ngoài; tham gia so sánh liên phòng quốc tế các lĩnh vực đo, tiếp tục tham gia hiệu quả Thỏa thuận công nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (CIPM MRA).

### **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

#### **1. Bộ Khoa học và Công nghệ:**

a) Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Quy hoạch.

b) Giao các cơ quan giữ chuẩn đo lường quốc gia xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư phát triển chuẩn đo lường theo từng giai đoạn, phù hợp với Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí ngân sách Nhà nước để thực hiện Quy hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 4.** Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).KN.140

**KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG**



**Nguyễn Thiện Nhân**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**SAO Y BẢN CHÍNH**

**Số: 1270/SY-UBND**

*Bình Định, ngày 16 tháng 8 năm 2013*

**Nơi nhận:**

- Sở KH&CN, TC;
- K16;
- Lưu: VT (03b);

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**



**Mai Việt Trung**



**Phụ lục**  
**ĐANH MỤC CÁC CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

| TT  | Đại lượng               | Tên chuẩn                                      | Độ chính xác/ Độ không đảm bảo đo |                      |                      | Ghi chú |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
|     |                         |                                                | 2013                              | 2015                 | 2020                 |         |
| (1) | (2)                     | (3)                                            | (4)                               | (5)                  | (6)                  | (7)     |
| A   | <b>Đại lượng cơ bản</b> |                                                |                                   |                      |                      |         |
| 1   | Độ dài                  | Nguồn bức xạ tia laser ổn định tần số bằng Iôt | $2,5 \cdot 10^{-11}$              | $2,5 \cdot 10^{-11}$ | $2,5 \cdot 10^{-11}$ | CQG     |
| 2   | Khối lượng              | Quả cân chuẩn 1kg                              | $2 \cdot 10^{-8}$                 | $2 \cdot 10^{-8}$    | $2 \cdot 10^{-8}$    | CQG     |
| 3   | Thời gian-Tần số        | Nhóm đồng hồ nguyên tử Cesium                  | $5 \cdot 10^{-13}$                | $5 \cdot 10^{-13}$   | $5 \cdot 10^{-13}$   | CQG     |
| 4   | Cường độ dòng điện      | Chuẩn dòng điện một chiều                      | $2 \cdot 10^{-5}$                 | $5 \cdot 10^{-6}$    | $1 \cdot 10^{-6}$    |         |
| 5   | Nhiệt độ nhiệt động học | Hệ thống các điểm chuẩn nhiệt độ               |                                   |                      |                      | CQG     |
|     |                         | Điểm ba của thủy ngân                          | 0,5 mK                            | 0,5 mK               | 0,5 mK               |         |
|     |                         | Điểm ba của nước                               | 0,5 mK                            | 0,5 mK               | 0,5 mK               |         |
|     |                         | Điểm nóng chảy của Gali                        | 0,6 mK                            | 0,6 mK               | 0,6 mK               |         |
|     |                         | Điểm đông đặc của Indi                         | -                                 | -                    | 0,8 mK               |         |
|     |                         | Điểm đông đặc của thiếc                        | 1,2 mK                            | 1,2 mK               | 1 mK                 |         |
|     |                         | Điểm đông đặc của kẽm                          | 2 mK                              | 2 mK                 | 1,2 mK               |         |
|     |                         | Điểm đông đặc của nhôm                         | 5 mK                              | 5 mK                 | 2 mK                 |         |
|     |                         | Điểm đông đặc của bạc                          | 10 mK                             | 10 mK                | 5 mK                 |         |
|     |                         | Điểm chuẩn vật đen (Ga, In, Sn, Zn, Al, Ag)    | -                                 | -                    | (0,2 - 0,5) °C       |         |
| 6   | Cường độ sáng           | Chuẩn cường độ sáng                            | 1,0 %                             | 0,8 %                | 0,8 %                |         |
| 7   | Lượng chất              | Hệ thống thiết bị chuẩn và mẫu chuẩn           | (0,5 ÷ 1,0) %                     | (0,5 ÷ 1,0) %        | (0,5 ÷ 1,0) %        |         |

| B  | Dại lượng dẫn xuất                        |                                                                             |             |             |             |     |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 1  | Góc phẳng                                 | Hệ thống thiết bị chuẩn góc phẳng                                           | 0,1" ÷ 0,3" | 0,1" ÷ 0,3" | 0,1" ÷ 0,3" |     |
| 2  | Dung tích                                 | Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về dung tích                               | 0,0059 %    | 0,004 %     | 0,004 %     | CQG |
| 3  | Lưu lượng thể tích chất lỏng              | Hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng thể tích nước                             | 0,1 %       | 0,08 %      | 0,08 %      | CQG |
|    |                                           | Hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng thể tích xăng dầu                         | 0,1 %       | 0,08 %      | 0,08 %      |     |
| 4  | Lưu lượng khối lượng chất lỏng            | Hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng khối lượng nước                           | 0,05 %      | 0,05 %      | 0,05 %      |     |
|    |                                           | Hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng khối lượng xăng dầu                       | 0,1 %       | 0,05 %      | 0,05 %      |     |
| 5  | Lưu lượng thể tích và khối lượng chất khí | Hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng thể tích và lưu lượng khối lượng chất khí | 0,2 %       | 0,2 %       | 0,15 %      | CQG |
| 6  | Vận tốc khí                               | Hệ thống thiết bị chuẩn vận tốc khí                                         | -           | 0,5 %       | 0,5 %       |     |
| 7  | Lực                                       | Máy chuẩn lực đến 100 kN                                                    | $3.10^{-4}$ | $2.10^{-5}$ | $2.10^{-5}$ |     |
| 8  | Mômen lực                                 | Máy chuẩn mômen lực đến 100 N.m                                             | -           | $1.10^{-3}$ | $1.10^{-3}$ |     |
|    |                                           | Máy chuẩn mômen lực đến 2 kN.m                                              | -           | $1.10^{-3}$ | $1.10^{-3}$ |     |
|    |                                           | Máy chuẩn mômen lực đến 5 kN.m                                              | -           | -           | $1.10^{-3}$ |     |
| 9  | Độ cứng                                   | Máy chuẩn độ cứng thang đo Rockwell                                         | 0,5 HR      | 0,3 HR      | 0,3 HR      | CQG |
|    |                                           | Máy chuẩn độ cứng thang đo Brinell                                          | -           | 1,8 %       | 1,8 %       |     |
|    |                                           | Máy chuẩn độ cứng thang đo Vickers                                          | -           | 1,5 %       | 1,5 %       |     |
| 10 | Áp suất                                   | Áp kế piston và micromanomet                                                | 0,0007 %    | 0,0007 %    | 0,0007 %    | CQG |

|    |                                    |                                          |                                                   |                                                   |                                                   |     |
|----|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| 11 | Khối lượng riêng chất lỏng         | Chuẩn khối lượng riêng chất lỏng         | $(2.10^{-2} \div 5.10^{-2})$<br>kg/m <sup>3</sup> | $(2.10^{-2} \div 5.10^{-2})$<br>kg/m <sup>3</sup> | $(2.10^{-2} \div 5.10^{-2})$<br>kg/m <sup>3</sup> |     |
| 12 | Khối lượng riêng chất rắn          | Chuẩn khối lượng riêng chất rắn          | -                                                 | $0,8.10^{-6}$                                     | $0,8.10^{-6}$                                     |     |
| 13 | Độ nhớt động học                   | Nhớt kế mao quản chuẩn                   | $(0,1 \div 0,8) \%$                               | $(0,03 \div 0,5) \%$                              | $(0,03 \div 0,5) \%$                              |     |
| 14 | Độ pH                              | Hệ thống thiết bị chuẩn pH               | 0,01 pH                                           | 0,005 pH                                          | 0,005 pH                                          |     |
| 15 | Độ ẩm không khí                    | Hệ thống thiết bị chuẩn độ ẩm không khí  | 0,5 % RH                                          | 0,3 %RH                                           | 0,3 %RH                                           |     |
| 16 | Điện áp một chiều                  | Chuẩn điện áp một chiều                  | $1.10^{-6}$                                       | $0,5.10^{-6}$                                     | $0,5.10^{-6}$                                     | CQG |
| 17 | Điện áp xoay chiều                 | Chuẩn điện áp xoay chiều                 | $2.10^{-5}$                                       | $5.10^{-6}$                                       | $3.10^{-6}$                                       |     |
| 18 | Điện trở một chiều                 | Chuẩn điện trở một chiều                 | $0,5.10^{-6}$                                     | $0,3.10^{-6}$                                     | $0,3.10^{-6}$                                     | CQG |
| 19 | Độ tự cảm                          | Chuẩn điện cảm                           | $40.10^{-6}$                                      | $20.10^{-6}$                                      | $20.10^{-6}$                                      |     |
| 20 | Điện dung                          | Chuẩn điện dung                          | $20.10^{-6}$                                      | $10.10^{-6}$                                      | $10.10^{-6}$                                      |     |
| 21 | Công suất điện tần số công nghiệp  | Chuẩn công suất điện tần số công nghiệp  | $50.10^{-6}$                                      | $30.10^{-6}$                                      | $30.10^{-6}$                                      | CQG |
| 22 | Năng lượng điện tần số công nghiệp | Chuẩn năng lượng điện tần số công nghiệp | $80.10^{-6}$                                      | $50.10^{-6}$                                      | $50.10^{-6}$                                      | CQG |
| 23 | Điện áp tần số cao                 | Chuẩn điện áp tần số cao                 | 2 %                                               | 1 %                                               | 1 %                                               |     |
| 24 | Công suất tần số cao               | Chuẩn công suất tần số cao               | 2 %                                               | 2 %                                               | 1 %                                               |     |
| 25 | Suy giảm tần số cao                | Chuẩn suy giảm tần số cao                | 0,6 dB                                            | 0,06 dB                                           | 0,015dB                                           |     |
| 26 | Trở kháng tần số cao               | Chuẩn trở kháng tần số cao               | -                                                 | $(0,05 \div 0,2) \Omega$                          | $(0,05 \div 0,2) \Omega$                          |     |
| 27 | Cường độ điện trường               | Chuẩn cường độ điện trường               | -                                                 | 1 dB                                              | 1 dB                                              |     |
| 28 | Mức áp suất âm thanh               | Chuẩn mức áp suất âm thanh               | 0,2 dB                                            | 0,02 dB                                           | 0,02 dB                                           |     |
| 29 | Rung động                          | Chuẩn rung động                          | 0,5 %                                             | 0.3 %                                             | 0.3 %                                             |     |

|    |                        |                                                          |             |             |             |  |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 30 | Độ chói                | Nguồn chuẩn độ chói                                      | 1,2 %       | (0,7÷0,8) % | (0,7÷0,8) % |  |
| 31 | Quang thông            | Đèn chuẩn quang thông                                    | (1,5÷1,8) % | (1,2÷1,5) % | (1,0÷1,2) % |  |
| 32 | Công suất laser        | Chuẩn công suất laser                                    | -           | (0,8÷1,0) % | (0,8÷1,0) % |  |
| 33 | Phổ phản xạ khuếch tán | Bộ mẫu chuẩn phổ phản xạ khuếch tán và đèn chuẩn phổ     | -           | (0,4÷1,0) % | (0,4÷1,0) % |  |
| 34 | Phổ truyền qua         | Bộ mẫu chuẩn phổ truyền qua và đèn chuẩn phổ             | -           | (0,2÷0,5) % | (0,2÷0,5) % |  |
| 35 | Liều hấp thụ           | Chuẩn liều hấp thụ (alpha, beta, gamma, neutron, tia X). | (2,0÷2,5) % | (1,8÷2,0) % | (1,5÷1,8) % |  |
| 36 | Air kerma              | Chuẩn air kerma                                          | (1,8÷8,0) % | (1,5÷6,0) % | (1,2÷5,0) % |  |
| 37 | Liều tương đương       | Chuẩn liều tương đương                                   | (3,0÷8,0) % | (3,0÷6,5) % | (3,0÷5,5) % |  |
| 38 | Hoạt độ phóng xạ.      | Chuẩn hoạt độ phóng xạ, (alpha, beta, gamma).            | -           | -           | (3,0÷5,0) % |  |

Ghi chú:

CQG: Đã được phê duyệt là chuẩn đo lường quốc gia.