

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3502/UBND-VX

Bình Định, ngày 24 tháng 6 năm 2019

Về việc chủ trương sửa chữa
Hệ thống chụp mạch và can
thiệp tim mạch Siemens (Artis
Zee Ceiling) và Hệ thống chụp
cộng hưởng từ 3.0 tesla
Siemens (Verio Dot) phục vụ
công tác khám chữa bệnh của
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Tài chính;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 133/TTr-SYT ngày 14/6/2019 (kèm theo là hồ sơ đề nghị sửa chữa Hệ thống chụp mạch và can thiệp tim mạch Siemens (Artis Zee Ceiling) và Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 tesla Siemens (Verio Dot) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1475/STC-TCHCSN ngày 19/6/2019 Về việc xin chủ trương sửa chữa Hệ thống chụp mạch và can thiệp tim mạch Siemens (Artis Zee Ceiling) và Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 tesla Siemens (Verio Dot) phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh sửa chữa Hệ thống chụp mạch và can thiệp tim mạch Siemens (Artis Zee Ceiling) và Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 tesla Siemens (Verio Dot) để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Cụ thể: Thay thế 01 bộ chuẩn trục chùm tia và 01 bộ tái tạo hình ảnh để sửa chữa Hệ thống chụp mạch và can thiệp tim mạch Siemens (Artis Zee Ceiling); Thay thế 01 bộ khuếch đại sóng RF để sửa chữa Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 tesla Siemens (Verio Dot).

Việc sửa chữa phải đảm bảo sử dụng linh kiện chính hãng, đồng bộ và tương thích với Hệ thống máy đã được đầu tư để đảm bảo hiệu quả sử dụng.

Tổng kinh phí thực hiện không vượt quá: **3.360.000.000 đồng** (Ba tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện.



2. Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm về nội dung kiểm tra tình trạng hư hỏng, đề xuất việc sửa chữa đối với các Hệ thống máy nêu tại Mục 1.

3. Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc sửa chữa các Hệ thống máy nêu tại Mục 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- KBNN tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.



Nguyễn Tuấn Thanh