

Phụ lục

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁC

(Kèm theo Công văn số: /TTKSBT-D-VTYT ngày tháng 8 năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu						Thông tin chung			Kết quả thực hiện											
STT	Tên trang thiết bị y tế	Phân nhóm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Nguồn vốn đầu tư	Số lượng định mức	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại (model) / Mã sản phẩm	Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu	Năm sản xuất	Nước sản xuất	Hãng sản xuất	Hãng/ nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Đơn giá trúng thầu (VNĐ)	Tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị trúng thầu	Mã số thuế của đơn vị trúng thầu
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:						Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:														
Số: 144/QĐ-TTKSBT ngày 01/8/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định						Số: 148/QĐ-TTKSBT ngày 10/8//2022 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định														
Tên gói thầu: Mua sắm máy đo huyết áp điện tử phục vụ hoạt động phòng chống bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu (theo quy trình chỉ định thầu rút gọn)						Tên gói thầu: Mua sắm máy đo huyết áp điện tử phục vụ hoạt động phòng chống bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường														
1	Máy đo huyết áp điện tử	6	60	cái	549.990	32.999.400	Nguồn ngân sách nhà nước	60	Máy đo huyết áp điện tử	JPD-HA300	PLTTB: 2219/2021/18 0000028/PC BPL-BYT; TKHQ: 10436877840	Đang cập nhật	Trung Quốc	Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Limited	Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Limited/ Trung Quốc	Cái	549.990	- Huyết áp điện tử - Chức năng: Đo huyết áp, nhịp tim. - Vị trí đo: Đo huyết áp bắp tay. - Dải đo huyết áp: 0 - 295 mmHg; Dải đo nhịp tim: 40 - 199 nhịp/phút - Độ chính xác huyết áp: ± 3 mmHg; Độ chính xác nhịp tim: ± 5%	Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Bảo Hân	4101361842
Danh mục gồm: 01 khoản																				